


REF. BFW 9070

# FOTÓFORO QUIRÚRGICO DAYMARK



Intensidad de iluminación  
según el área:



Intensidad de iluminación  
según la distancia de trabajo:



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 5 niveles de duración de carga: **Desde 5 horas (60.000 Lux.) hasta 25 horas (15.000 Lux).**
- Diámetro de iluminación ajustable (spot): **Desde 2,5 hasta 10,16 cm.**
- Baterías** de iones de **litio**.
- Botones para **control de encendido/apagado e intensidad.**
- Temperatura de color: **5.500 k.**
- Índice** de reproducción **cromática: 78.**
- 1 año** de garantía de la batería.

## EL SISTEMA BFW 9070 INCLUYE:



## CERTIFICADOS:

IEC 60601-1 (ed. 3).  
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1 (2008).

IEC 60601-1-2 (ed. 4).  
CE.

ANSI/AAMI ES60601-1 (2005 + C1:09 + A2:10).

TACT INFO  
2 (US toll-free)  
502.899.1808  
rue, Suite 175  
Louisville KY 40204